



**Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza^A
w Chojnicach**

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10
tel. centrala (0 52) 39 56 500
tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569



e-mail: szpital@chojnice.pl

www.szpital.chojnice.pl

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp
ogłoszonego w Dz. U. U. E. nr/...../.....
2013 / S. 028-045198*

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.)

NA DOSTAWĘ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO


znak sprawy: DZAP-380-7/13

dla Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
(Zamawiający)

Komisja przetargowa:


.....
Maria Nieżorawska


.....
Anna Wutrych


.....
Katarzyna Lepak

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza


.....
Leszek Banaś

Chojnice, dnia 6 lutego 2013 r.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie **tomografu komputerowego**, spiralnego min. 16-rzędowego (patrz – formularz asortymentowo – cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ oraz formularz parametrów technicznych – załącznik nr 3 do SIWZ).
2. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień: 33.11.50.00-9 Urządzenia do tomografii.
3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć na etapie zawierania umowy:
 - 3.1. przedłużenie końcowego terminu realizacji umowy w przypadku uzasadnionych, niezależnych od Stron umowy (i przez nie akceptowanych) okoliczności, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie,
 - 3.2. wystąpienie nieprzewidzianych przeszkód i utrudnień formalno-prawnych,
 - 3.3. zmiany ceny:
 - 3.3.1. cena jednostkowa będzie mogła ulec zmianie na skutek zmiany stawek podatkowych dla przedmiotu zamówienia, w takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto,
 - 3.3.2. cena jednostkowa będzie mogła ulec obniżeniu przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy,
 - 3.4. wystąpienie o zmianę cen jednostkowych przez Wykonawcę musi odbyć się z wyprzedzeniem, nie później niż 14 dni przed proponowaną datą zmiany cen,
 - 3.5. zmiana umowy będzie możliwa jeżeli zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego rodzaju niż wymienione w pkt. 3.1 – 3.3, pod warunkiem, że zmiana nie będzie ingerować w treść przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia,
 - 3.6. zmiany wprowadzone do umowy będą obowiązywały po podpisaniu odpowiedniego aneksu przez obie strony.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

II. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM

1. Do przetargu mogą przystąpić tylko Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 - 1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 - 1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonał w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wielkością (dostawy nie mniejsze niż 80% wartości składanej oferty) przedmiotowi zamówienia.
 - 1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - 1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 80% wartości przedmiotu zamówienia składanej oferty.
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które należy złożyć w oryginałach, ewentualnie w kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem (każda strona dokumentu) przez Wykonawcę:

2.1	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z wymogami art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
-----	---

2.2	Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw (minimum 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2.3	Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 1 (podpunkty 1.1 – 1.3) niniejszego rozdziału, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga przedstawienia oświadczenia tych podmiotów w zakresie informacji wynikających z dokumentów wymienionych w punkcie 5 niniejszego rozdziału.
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 1 podpunkt 1.4 niniejszego rozdziału, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w punkcie 2.3 niniejszego rozdziału.
5. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, które należy złożyć w oryginałach, ewentualnie w kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem (każda strona dokumentu) przez Wykonawcę:

5.1	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodne z art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5.2	Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
5.3	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana jako uprawniona do reprezentacji podmiotu zgodnie z dokumentacją rejestrową. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczęć udzielającego pełnomocnictwa i jego podpis (jeżeli dotyczy).
5.4	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.5	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.6	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku kiedy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
5.7	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5:
 - 6.1. podpunkt 5.2, 5.4, 5.5, 5.7 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - 6.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- 6.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- 6.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
- 6.2. podpunkt 5.6 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp.
7. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.1.1, 6.1.3 i 6.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 6.1.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (należy przedstawić dokumenty dopuszczające wyrób medyczny do obrotu) - jeżeli dotyczy.
- Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania techniczne zawarte w SIWZ – Formularzu parametrów technicznych – Załącznik nr 3 do SIWZ, a poszczególne parametry techniczne powinny wynikać z dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu lub innych dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.
- Ponadto przedłożyć należy:

3.1	Dokumenty potwierdzające jakość wyrobów (atesty, certyfikaty, itp.).
3.2	Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
3.3	Dokumenty dopuszczające wyrób medyczny do użytkowania i obrotu na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (poszczególne oferowane wyroby powinny być wyraźnie wskazane w załączonych dokumentach, np. poprzez podanie ich nazw handlowych, numerów katalogowych) – jeżeli dotyczy.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia dokonana będzie na zasadzie **spełnia/nie spełnia** w oparciu o dokumenty określone w *Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817 (dot. rozdziału II i III SIWZ).*

IV. DRUKI, NA KTÓRYCH NALEŻY ZŁOŻYĆ OFERTĘ

- Druki:

1.1	Oferta
1.2	Formularz asortymentowo - cenowy.
1.3	Formularz parametrów technicznych.
1.4	Oświadczenie zgodne z wymogami art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.5	Oświadczenie zgodne z wymogami art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.6	Oświadczenie o zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

**POZOSTAŁE WYMAGANE OŚWIADCZENIA, KTÓRE NIE ZOSTAŁY UJĘTE
W POWYŻSZEJ TABELCE WYKONAWCA PRZYGOTOWUJE SAMODZIELNIE!!!**

Uwaga !!!

Dokumenty wymienione w rozdziale II, III i IV należy traktować jako obligatoryjne i brak jakiegokolwiek dokumentu lub sporządzenie oferty w sposób odbiegający od zaleceń (przy uwzględnieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych), będzie podstawą do wykluczenia Wykonawcy albo odrzucenia oferty.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być ogólnie udostępniane (art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku zastrzeżone w ofercie dokumenty powinny być odpowiednio wydzielone i oznaczone.

V. TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia: **10 tygodni** od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego – Pracownia Tomografii Komputerowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

VI. FORMA PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć na załączonych drukach, wypełniając je pismem maszynowym lub drukowanym, bądź w formie wydruku komputerowego (**na wniosek Wykonawcy Zamawiający udostępni SIWZ w wersji elektronicznej do edycji**).
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument należy sygnować oryginalnym podpisem osoby (lub osób) uprawnionej do reprezentowania podmiotu na zewnątrz (wymienionej w wypisie z odpowiedniego rejestru – patrz rozdział II punkt 5.2), natomiast strony należy ponumerować, zaparafować i spiąć w sposób uniemożliwiający samoistne rozłączenie się oferty.
3. Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składane były wraz z tłumaczeniami na język polski, potwierdzonymi przez Wykonawcę.
4. Ofert z rozwiązaniami alternatywnymi Komisja nie będzie rozpatrywać.
5. Druk "FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY" – musi być wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (**należy wypełnić wszystkie kolumny**). Kwoty - wartości brutto, elementów składowych oferty należy przenieść w odpowiednie miejsce druku oferty:
 - cena oferty musi być wyrażona w PLN z uwzględnieniem wszystkich elementów kalkulacyjnych ceny (m.in. transport, opłaty celne i podatkowe),
 - ewentualne rabaty muszą być uwzględnione w cenie jednostkowej asortymentu,
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
7. Do oferty można dołączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a także inne materiały mogące przedstawić ofertę w sposób najbardziej korzystny (np. prospekty reklamowe, rysunki, atesty itp.).
8. Ofertę oraz wszystkie pozostałe dokumenty należy spiąć zapakować w kopertę, opatrzyć danymi Wykonawcy oraz napisem:

<p style="text-align:center">SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. K. ŁUKOWICZA ul. Leśna 10 89-600 Chojnice OFERTA Przetarg nieograniczony</p> <p style="text-align:center">DOSTAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO</p> <p style="text-align:center">Znak sprawy: DZAP-380-7/13</p> <p style="text-align:center"><u>NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 16.04.2013 R. GODZ. 11⁰⁰!</u></p>

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują **faksem (052-39 56 505) bądź e-mailem wyłącznie w formie**

skanu oryginalnego dokumentu załączonego do wiadomości (zampublik@szpital.chojnice.pl), przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
3. Dokumenty przesyłane faksem są odbierane w godzinach pracy Zamawiającego, tzn. od 7:00 do 14:35 (z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy).
4. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania (ogłoszenie, SIWZ, wyjaśnienia treści SIWZ oraz inne wymagane zapisami ustawy informacje) Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Katarzyna Lepak	- w sprawach merytorycznych	tel. (52) 39-56-900
Anna Wutrych Anna Tuszkiewicz – Rudnik Małgorzata Bramańska	- w sprawach proceduralnych	tel. (52) 39-56-504 (52) 39-56-974 faks (52) 39-56-505 e-mail: zampublik@szpital.chojnice.pl

IX. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób określony w rozdziale VII SIWZ.
2. Wszystkie wątpliwości Zamawiający wyjaśni niezwłocznie, jednak nie później niż **6 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego **nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.**
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 2.
5. Treść wszystkich pytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaze wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl, bez ujawniania źródła zapytania.
6. W uzasadnionym przypadku (przed terminem składania ofert) Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informację o dokonanej zmianie Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl
7. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przekaze Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie czas dodatkowy na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres **60 dni** od ostatecznego terminu otwarcia ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 2 nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. AUKcja ELEKTRONICZNA

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XIII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM

1. Wykonawcy, którzy przystąpią do przetargu, najpóźniej w dniu składania ofert, obowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: **42.000,00 zł.**
2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
 - pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm).
3. Środki pieniężne należy wpłacić na konto:
BPH S.A. O/Chojnice 97 1060 0076 0000 3310 0015 9314 z oznaczeniem
„WADIUM – DOSTAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO”
4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty lub wręczyć Zamawiającemu przy składaniu oferty.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

**Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza
ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice
(dział zamówień publicznych p. 208-209; osoby upoważnione do przyjęcia ofert:
Anna Wutrych, Anna Tuskiewicz – Rudnik, Małgorzata Bramańska)**

najpóźniej w dniu: **16 kwietnia 2013 r. do godz. 10:00**

XV. TERMIN PUBLICZNEGO OTWARCIA ZŁOŻONYCH OFERT

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu:

16 kwietnia 2013 r. o godz. 11:00

w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice.

XVI. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (w formie pisemnej pod rygorem nieważności). Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłosi publicznie pełne nazwy i adresy wszystkich Wykonawców, informacje dotyczące ceny złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz proponowane warunki płatności.
5. Informacje ogłoszone podczas otwarcia Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
6. Dalsze czynności Komisji odbędą się bez udziału Wykonawców.
7. Komisja nie będzie prowadzić żadnych negocjacji z Wykonawcami. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 Pzp).

XVII. OCENA OFERT

1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Kryterium	Ranga
1	Cena	80%
2	Jakość (parametry techniczne oceniane)	20%

2. Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym.
3. Punktacja dla poszczególnych kryteriów dokonywana jest z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danym postępowaniu.

XVIII. OCENA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW

1. CENA OFERTY

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej w ofercie.

Cena będzie punktowana na podstawie wzoru:

$$C = (\text{cena najniższa} \times \text{ranga kryterium}) / \text{cena badanej oferty}$$

Oferta z najniższą ceną uzyskuje maksymalną ilość punktów (80).

2. JAKOŚĆ (Parametry techniczne oceniane)

Kryterium warunki techniczne będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanych przez wykonawcę parametrów zgodnie z przedstawioną punktacją.

Warunki techniczne będą punktowane na podstawie wzoru:

$$T = (\text{ilość „małych”* punktów przyznana przez komisję badanej ofercie} \times \text{ranga kryterium}) / \text{maksymalna ilość „małych” punktów}$$

*punkty przyznane przez Komisję zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ (parametry oceniane wskazane w 5 kolumnie).

Oferta z najwyższą oceną techniczną uzyskuje maksymalną ilość punktów (20).

XIX. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale XVII.

XX. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (informacje te Zamawiający udostępni również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie);
- b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- d. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

XXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - a. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
 - b. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XXII. PODPISANIE UMOWY

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, właściwym dla przedmiotowego zamówienia.
2. Treść umowy musi być zgodna z załączonym wzorem.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXIII. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Po zawarciu umowy Zamawiający niezwłocznie przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

XXIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ - ODWOŁANIE

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust. 1 - 4 ustawy Pzp do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
6. W przypadku wniesienia odwołania po terminie składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
7. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
8. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, prześle kopię wniesionego odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu (w przypadku odwołania dotyczącego treści ogłoszenia o zamówienia lub postanowień SIWZ, Zamawiający zamieści ją również na stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl), wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się w sposób określony w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp.
10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
11. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie zgodnie z regulacją art. 186 ustawy Pzp.
12. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby w sposób określony w art. 188 i nast. ustawy Pzp.

XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

1. Oferta.
2. Formularz asortymentowo – cenowy.
3. Formularz parametrów technicznych.
4. Oświadczenie zgodne z wymogami art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Oświadczenie zgodne z wymogami art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Oświadczenie o zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.
7. Projekt umowy.

**W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie
Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.**

Oferent

Nazwa:

Adres:

Kod i Miejscowość:

.....

NIP

REGON:

Tel/fax

e-mail:

OFERTA

Dla:

.....

.....

.....

Nawiązując do udziału w przetargu nieograniczonym:

1. Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem, których rodzaj jest zgodny z przedmiotem zamówienia wg załącznika nr 2 (Formularz asortymentowo-cenowy) do oferty.

2. Cena oferowana: słownie:

Powyższa ceny zawierają podatek VAT.

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres **60 dni** od ostatecznego terminu składania ofert.

4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji (akceptujemy zapisy projektu umowy i wszelkie zmiany powstałe w trakcie postępowania) oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że **zrealizujemy przedmiot zamówienia samodzielnie.***

* W przypadku realizacji przy udziale podwykonawców należy wskazać, którą część lub części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom oraz można podać nazwy (firm) proponowanych podwykonawców

6. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:

a) Załącznik nr 1

b) Załącznik nr 2

c) Załącznik nr 3

d) Załącznik nr 4

e) Załącznik nr 5

.....
miejscowość i data

.....
*podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jedn. netto	Vat%	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto*	Nazwa handlowa/ Numer katalogowy	Numery stron w ofercie z dokumentami dot. przedmiotu zamówienia
1.	Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy	1							
Razem wartość:									

* Sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto

Razem wartość netto:
 Vat:
 Razem wartość brutto:

.....
 MIEJSCOWOŚĆ I DATA

.....
 PIECZĄTKA I PODPIS UPRAWNIENIEGO
 PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY

TOMOGRAF KOMPUTEROWY, SPIRALNY, MIN. 16 RZĘDOWY

L.p.	Parametr	Wartość wymagana (graniczna lub oceniana)	Wartość oferowana (wypełnia Wykonawca)	Punktacja
Wymagania ogólne				
A.				
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, nierogierowane, wyprodukowane min. 2013 r., typ/model, producent, kraj, numer fabryczny - podać	Tak		Bez oceny
2.	Tomograf komputerowy, minimum 16 rzędowy, umożliwiający jednoczesną akwizycję min. 16 warstw submilimetrycznych w czasie jednego pełnego obrotu lampy wokół pacjenta	Tak		Bez oceny
3.	Możliwość rozbudowy systemu do wersji umożliwiającej akwizycję min. 32 warstw submilimetrycznych w czasie jednego pełnego obrotu lampy-detektor bez wymiany gantry i/lub całego systemu na miejscu u Zamawiającego lub zaferowanie systemu umożliwiającego akwizycję min. 32 warstw	Podać		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
4.	Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP zaferowany tomograf, stanowisko diagnostyczne oraz wszystkie urządzenia dodatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, załączyć do oferty	Tak		Bez oceny
5.	Deinstalacja oraz utylizacja istniejącego tomografu komputerowego Ultra-Z. Przekazanie Zamawiającemu do wglądu kart przekazania powstałych z niego odpadów w tym szczególnie lampy, osprzętu elektrycznego, elektronicznego i informatycznego . Demontaż, transport i utylizacja na koszt Wykonawcy.	Tak		Bez oceny
6.	Instalacja systemu w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię tomografii komputerowej wraz z niezbędnymi pracami wykończeniowymi po zakończonej instalacji w pomieszczeniach tomografii komputerowej	Tak		Bez oceny
7.	Stanowiska pracy systemu: - konsola operatorska - konsola lekarska	Tak		Bez oceny
8.	Zakres badań poza badaniami podstawowymi: - akwizycja obrazów do badań pulmonologicznych (m.in. HRCT) - akwizycja obrazów do wizualnej endoskopii - akwizycja obrazów do badań naczyńiowych - akwizycja obrazów do badań perfuzyjnych	Tak		Bez oceny
9.	Wykonanie projektu osłon stałych dla oferowanego urządzenia	Tak		Bez oceny
B.		Gantry i stół		
10.	Średnica otworu gantry [cm]	≥ 70		Bez oceny
11.	Kąt nachylenia gantry	≥ ±30°		Bez oceny
12.	Możliwość sterowania pochylaniem gantry: - z obu stron gantry - z konsoli sterowni - automatycznie z programu badania	Tak		Bez oceny
13.	Waga gantry	Podać		Bez oceny
14.	Precyzja ustawiania stołu pod pełnym obciążeniem =(\pm 0,25) [mm]	=(\pm 0,25) mm		Bez oceny
15.	Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu, przy którym zachowana jest precyzja ruchu i ustawienia stołu oferowana w pkt . 14 [kg]	≥200		Bez oceny
16.	Minimalne położenie stołu do badań (poza gantry) w cm, mierzone od podłoża	≤50cm		najmniejsza – 5 pkt. największa – 0 pkt. inne - proporcjonalnie
17.	Możliwość sterowania ruchami stołu za pomocą włączników nożnych, i/lub z gantry	Tak		Bez oceny

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

18.	Wskaźnik zatrzymania oddechu z licznikiem czasu pozostającego do zakończenia skanowania gantry	Tak		Bez oceny
19.	Dwukierunkowy intercom	Tak		Bez oceny
20.	Wyposażenie stołu (2kpl.) w: - materac - podpórka pod głowę pozbawiona elementów metalowych - podpórka pod kolana, - pasy unieruchamiające - podpórka pod głowę i ręce	Tak		Bez oceny
C.	Generator i lampa RTG			
21.	Maksymalna moc generatora RTG [kW]	≥42		Bez oceny
22.	Minimalne napięcie anodowe używane w protokołach klinicznych [kV]	≤80		Bez oceny
23.	Maksymalne napięcie anodowe używane w protokołach klinicznych [kV]	≥130		Bez oceny
24.	Liczba możliwych nastaw kV [N]	Podać		najmniejsza – 5 pkt. największa – 0 pkt. inne - proporcjonalnie
25.	Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym, jednocześnie w osiach x, y, z	Tak		Bez oceny
26.	Pojemność ciepła anody (w przypadku konstrukcji lampy innej niż klasyczna podać ekwiwalent) [MHU]	≥4,0		Bez oceny
27.	Szybkość chłodzenia anody lampy kHU/min	≥800		Bez oceny
28.	Liczba ognisk lampy RTG	≥2		Bez oceny
29.	Automatyczny wybór ognisk	Tak		Bez oceny
D.	System skanowania			
30.	Liczba rzeczywistych aktywnych rzędów detektorów w osi Z, biorących udział w akwizycji danych	≥16		Bez oceny
31.	Najkrótszy czas pełnego obrotu (360°) układu lampy RTG-detektor [s]	≤0,8s		największy – 0 pkt. najmniejszy – 5 pkt. inne - proporcjonalnie
32.	Grubość dostępnych warstw w jednoczesnej akwizycji min. 16 warstwowej [N i mm]	≥2 Podać liczbę warstw i ich grubości		Bez oceny
33.	Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym, bez przerwy na chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną liczbą warstw) [cm]	≥150cm		Bez oceny
34.	Możliwość wykonania skanu spiralnego z gantry pochyłanym pełnym zakresie	Tak/Nie		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
35.	Liczba dostępnych pól skanowania [N]	Podać ilość i wymiary w cm		największa – 10 pkt. najmniejsza – 0 pkt. inne - proporcjonalnie
36.	Kollimacja kąta wiązki promieniowania lampy w płaszczyźnie XY zgodna z wielkością pola skanowania (FOV)	≥50		Bez oceny
37.	Maksymalne, rekonstruowane diagnostyczne pole obrazowe FOV [cm]	≥50		Bez oceny
38.	Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość nisko-kontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogarszenia jakości obrazu (nazwa wg nomenklatury producenta)	Tak		Bez oceny
39.	Szybkość rekonstrukcji obrazów matrycy 512x512 z najlepszą jakością ze skanu pełnego z wykorzystaniem iteracyjnego algorytmu rekonstrukcji, automatycznie przetwarzającego	≥10 obr./s		Bez oceny

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

	wielokrotnie te same dane (RAW)				
40.	Szybkość rekonstrukcji obrazów matrycy 512x512 z najlepszą jakością ze skanu pełnego		≥ 8 obr./s		Bez oceny
41.	Maksymalna długość skanu topograficznego [cm]		≥150cm		Bez oceny
42.	Możliwość śledzenia i podglądu topogramu w czasie rzeczywistym (w trakcie skanowania), możliwość zatrzymania skanowania w trybie topogramu w dowolnym czasie		Tak		Bez oceny
43.	Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie XY w punkcie 2% krzywej MTF, wyznaczona przy zastosowaniu klinicznego filtra rekonstrukcyjnego w najkrótszym czasie skanu pełnego dla min. 16 warstw ,w pełnym polu obrazowym min. 50cm (podać nazwę użytego do pomiaru filtra oraz parametry skanu) [lp/cm]		≥15		Bez oceny
44.	Dawka niezbędna (CTDI _{vol}) do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (niestatystycznej), obliczana metodą rekonstrukcji, ≤ 2mm w płaszczyźnie x, y, dla różnicy kontrastu 3 HU (0,3%), określonej dla skanu pełnego na całym fantomie 20cm, dla warstwy 10mm, napięcia min. 110 kV, mierzona w maksymalnym polu akwizycyjnym 50cm		≤23 mGy podać dawkę oraz parametry		najmniejsza – 20 pkt. największa – 0 pkt. inne -proporcjonalnie
45.	Dawka niezbędna (CTDI _{vol}) do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej, wizualnej (niestatystycznej), obliczana metodą rekonstrukcji, ≤ 5mm w płaszczyźnie x, y, dla różnicy kontrastu 3 HU (0,3%), określonej dla skanu pełnego na całym fantomie 20cm, dla warstwy 10 mm, napięcia min. 110 kV, mierzona w maksymalnym polu akwizycyjnym 50cm		≤11mGy podać dawkę oraz parametry skanu		najmniejsza – 20 pkt. największa – 0 pkt. inne -proporcjonalnie
46.	Obliczenie całkowitej dawki ekspozycyjnej DLP lub CTDI _{vol} , jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej		Tak		Bez oceny
	Maksymalna wartość współczynnika pitch (zgodnie z definicją IEC) dla trybu spiralnego dostępnego w protokołach klinicznych z korekcją stożka		≥1,5		Bez oceny
47.	Zdolność rozdzielcza w kierunku osi Z (mm)		≤0,35		Bez oceny
48.	Minimalna grubość pojedynczej warstwy w jednoczesnej akwizycji min.16 warstw przylegających, nienakładających się (mm)		≤0,625		najmniejsza – 10 pkt. największa – 0 pkt. inne -proporcjonalnie
49.	Szerokość zespołu detektorów w osi z (mm)		≥20mm		Bez oceny
E.	Konsola operatorska				
50.	Stanowisko operatorskie - konsola akwizycyjna min. jednomonitorowa (umożliwiająca pracę technikowi w zakresie wykonywania badań oraz lekarzowi diagnoście np. w zakresie umożliwiających nadzorowanie zadania)		Tak		Bez oceny
51.	Wielozadaniowość, wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w trakcie skanowania		Tak		Bez oceny
52.	Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["]		≥19"		Bez oceny
53.	Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów		≥100 000		Bez oceny
54.	Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0		Tak		Bez oceny
55.	Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Query/ Retrieve - Storage Commitment - Worklist		Tak		Bez oceny
F.	Oprogramowanie zainstalowane na konsoli operatorskiej				
56.	MIP (Maximum Intensity Projection)		Tak		Bez oceny
57.	SSD (Surface Shaded Display)		Tak		Bez oceny
58.	VRT (Volume Rendering Technique)		Tak		Bez oceny
59.	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MIPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej		Tak		Bez oceny

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

	(równoległe i promieniste) lub krzywej			
60.	Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości	Tak		Bez oceny
61.	Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania)	Tak		Bez oceny
62.	Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych	Tak		Bez oceny
G.	Konsola lekarska			
63.	Konsola lekarska jedno lub dwumonitorowa (monitory diagnostyczne) o przekątnej kolorowego (wych) monitora (ów) z aktywną matrycą ciekokrystaliczną typu Flat – min. 19" w przypadku zaferowania stacji dwumonitorowej lub min. 21" w przypadku zaferowania stacji jednomonitorowej	Tak		Bez oceny
64.	Konsola lekarska niezależna od TK (o rozdzielnej bazie danych obrazowych), połączona z TK przez sieć komputerową pracującą z szybkością min. 1 GB Ethernet, otrzymujące obrazy z TK w standardzie DICOM 3.0 i umożliwiające pracę lekarzowi przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu	Tak		Bez oceny
65.	System operacyjny konsoli lekarskiej wykorzystujący 64-bitową architekturę sprzętową komputera, na którym oprogramowanie pracuje	Podać		Bez oceny
66.	Fizyczna wielkość pamięci operacyjnej (nie uwzględniając rozwiązań typu cache) stanowiąca diagnostycznego z zapewnieniem pełnego jej wykorzystania przez oprogramowanie analizujące obrazy TK [min 6GB]	Podać		Bez oceny
67.	Pojemność dysku twardego wyrażona w ilości obrazów dla obrazów bez kompresji [512 x 512] Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: - DICOM Print - DICOM Storage Commitment - DICOM Sent / Recive - DICOM Query/Retrieve SCU	≥250 000 Tak		Bez oceny Bez oceny
69.	Nagrywarka CD/DVD	Tak		Bez oceny
70.	MIP (Maximum Intensity Projection)	Tak		Bez oceny
71.	SSD (Surface Shaded Display)	Tak		Bez oceny
72.	VRT (Volume Rendering Technique)	Tak		Bez oceny
73.	Rekonstrukcje MPR (również skośne i krzywoliniowe z danych zbieranych przy dowolnym kącie gantry)	Tak		Bez oceny
74.	Prezentacje cine	Tak		Bez oceny
75.	Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów)	Tak		Bez oceny
76.	Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości)	Tak		Bez oceny
77.	Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, analiza skanu dynamicznego)	Tak		Bez oceny
78.	Pakiet oprogramowania do endoskopii wirtualnej przestrzeni powietrznych i płynnych (w tym bronchoskopii, kolonoskopii, itd.)	Tak		Bez oceny
79.	Pakiet oprogramowania do kolonoskopii. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita	Tak		Bez oceny
80.	Pakiet oprogramowania do kolonoskopii. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita.	Tak		Bez oceny

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

	Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej. Interaktywna zmiana położenia kursora i automatyczna korelacja obrazu na rozwinięciach wnętrza jelita z badania pacjenta na plecach i brzuchu			
81.	Oprogramowania umożliwiające rozwiniecie analizowanego naczyńca na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni na płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczyńca oraz wyznaczanie stenozy	Tak		Bez oceny
82.	Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym	Tak		Bez oceny
83.	Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyoptuczonych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian i oceny dynamiki wielkości zmian	Tak		Bez oceny
84.	Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT (dopuszcza się możliwość zaoferowania oprogramowania na konsoli operatorskiej)	Tak		Bez oceny
H.	Pozostałe wymagania			
85.	Instrukcja obsługi aparatu TK w języku polskim w formie elektronicznej i papierowej przy dostawie	Tak		Bez oceny
86.	Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego modelu i typu urządzenia	Tak		Bez oceny
87.	Moc podłączeniowa [kVA]	Podać		Bez oceny
88.	Ilość ciepła emitowana do pomieszczenia badań w trakcie skanowania [kW]	Podać		Bez oceny
89.	Zakres temperatur pracy systemu [stopnie]	Podać		Bez oceny
90.	Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych zapewniających utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu badań	Tak		Bez oceny
91.	Minimalna powierzchnia wymagana do instalacji systemu [m ²]	Podać		Bez oceny
92.	Podłączenie oferowanego tomografu komputerowego wraz z konsolą do posiadanego przez Zamawiającego systemu Impax 6 firmy Agfa w zakresie: - podłączenia oferowanego tomografu komputerowego do Impax wraz z konfiguracją listy roboczej - podłączenie stacji roboczej tomografu komputerowego do Impax (DICOM Store) Testy akceptacyjne wykonanie po instalacji systemu na koszt Wykonawcy	Tak		Bez oceny
93.	Spełnienie niezbędnych wymogów ochrony radiologicznej zgodnie z obowiązującym prawem	Tak		Bez oceny
I.	Wyposażenie dodatkowe			
95.	Zestaw firmowych fantomów serwisowych do kalibracji i jakości obrazowania oraz wykonywania testów podstawowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia z dnia 18.02.2011 roku.	Tak		Bez oceny
96.	UPS zapewniający podtrzymanie pracy min. 3 dla każdej konsoli	Tak		Bez oceny
97.	Błaty(stoły) pod konsole lekarskie i operatorskie – kpl.	Tak		Bez oceny
98.	Osobista ochrona przeciwiopromienna: - osłona tarczycy superlekką, napięcie typu rzep – 1 szt. - fartuch dwustronny jednoczęściowy z zapięciem na ramieniu typu rzep i z boku wykonany z superlekkiej dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej Xenolite-NL (waga na 1m kw nie więcej niż 5,3kg)– szt. 1 Ochronność fartuchów i osłon na poziomie 0,5 Pb	Tak		Bez oceny

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Szkolenia			
J.			Bez oceny
99.	Szkolenia w miejscu instalacji dla min. 5 lekarzy radiologów i min. 5 techników: I – e szkolenie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od zakończenia instalacji w wymiarze 4 dni x 7 godzin II - e szkolenie po 2 miesiącach w wymiarze 4dni x 7 godzin	Tak	Bez oceny
100.	Szkolenie z zakresu wykonywania testów podstawowych wraz z dostawą procedur opracowanych testów eksploatacyjnych w zakresie podstawowym na nośniku CD lub w wersji papierowej	Tak	Bez oceny
K.	Gwarancja i serwis pogwarancyjny		
101.	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia min. 60 miesięcy bez limitu skanów	Tak	Bez oceny
102.	Termin rozpoczęcia gwarancji – licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania	Tak	Bez oceny
103.	Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania - wymiany/naprawy uszkodzonych części (w tym lampy RTG) - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych	Tak	Bez oceny
104.	W okresie gwarancyjnym min. 2 przeglądy na rok w odstępach równomiernych oraz dodatkowy przegląd na zakończenie gwarancji	Tak	Bez oceny
105.	Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej wykonywanie badań na systemie S24 Igodziny]	Podać	Bez oceny
106.	Każda naprawa gwarancyjna przedłuża czas gwarancji o liczbę dni wyłączenia aparatu z eksploatacji	Tak	Bez oceny
107.	Minimum 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty sprzedaży na cały system TK i aparaty zaoferowane w zestawie	Tak	Bez oceny
108.	Zdalna diagnostyka przez modem serwisowy	Tak	Bez oceny
109.	Dokumentacja techniczna potwierdzająca wymagane i oceniane parametry techniczne	Tak	Bez oceny
110.	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) – max. 2 naprawy	Tak	Bez oceny
111.	Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy	Tak	Bez oceny
112.	Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max. 5 dni	Tak	Bez oceny
113.	Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max. 3 dni	Tak	Bez oceny
114.	Autoryzowany serwis na terenie Polski – podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację	Tak	Bez oceny
115.	Po okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy dającej prawo do nieopłatnego wykorzystywania licencji na użytkowanie oprogramowania serwisowego niezbędnego do serwisowania aparatu przez osoby trzecie.	Tak	Bez oceny

Miejscowość i data:.....

.....
podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

(pieczęć firmowa)

Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tomografu komputerowego oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

(pieczęć firmowa)

Oświadczenie

**Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę tomografu komputerowego**

oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

.....
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

.....
**PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO
PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY**

.....
(pieczęć firmowa)

.....
miejsowość i data

OŚWIADCZENIE

Wykonawca oświadcza, że
oferowany przedmiot zamówienia (podać nazwy):

-
-
-

spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679).

.....
**PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO
PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY**

Umowa nr .../PN/2013 (projekt)

Zawarta w dniu r. w Chojnicach pomiędzy:

firmą

.....
z siedzibą w wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
..... pod numerem/ zarejestrowaną w pod
numerem,

NIP:, REGON:

reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej w umowie „Wykonawcą”

a

Szpitałem Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000051787

NIP 555-17-83-839, REGON: 000308169

reprezentowanym przez:

Dyrektora - Leszka Bonnę

zwanym dalej „Zamawiającym”.

§ 1

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia w dniu r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. j. Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zm.)
2. Ogólną wartość sprzętu medycznego ustala się na kwotę: **zł brutto (słownie:**). Taka wartość została określona w złożonym przez Wykonawcę w trakcie postępowania określonego w ust. 1 formularzu asortymentowo - cenowym. Formularz ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest dostawcą sprzętu medycznego będącego przedmiotem postępowania, o którym mowa w ust. 1, tj.:
➤
4. Wymieniony w ust. 3 sprzęt spełnia wymagania techniczne wyszczególnione w ofercie złożonej w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1.
5. Wykonawca oświadcza również, że sprzęt wymieniony w ust. 3, będący przedmiotem umowy jest wolny od wad fizycznych, nie ma wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania prawnego albo zabezpieczenia prawnego ustanowionego na rzecz osób trzecich na podstawie czynności prawnej lub przez organy egzekucyjne w wykonaniu postępowania egzekucyjnego.
6. Wykonawca sprzedaje (wydaje i przenosi własność) zamawiającemu sprzęt wymieniony w ust. 3 za cenę sprzedaży **zł brutto**.
7. W ramach ceny sprzedaży Wykonawca:
 - 1) dokona dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu wymienionego w ust. 3 w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
 - 2) wyda gwarancję jakości sprzedawanego sprzętu na **60 m-cy**, obejmującą:
 - a. przeglądy w okresie jej trwania,
 - b. wymiany/naprawy uszkodzonych części (w tym, lampy RTG),
 - c. dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy,
 - d. robociznę,
 - e. wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych.
 - 3) w przypadku awarii, zobowiązany jest dokonać naprawy zgodnie z oświadczeniem o warunkach gwarancji i serwisu, złożonym przez Wykonawcę w trakcie postępowania określonego w ust. 1 w formularzu parametrów technicznych. Formularz ten stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
 - 4) świadczyć będzie pełen zakres serwisowy przez okres zawarty w warunkach gwarancji podany w ofercie przetargowej od dnia oddania sprzętu wymienionego w ust. 3 do użytkowania,
 - 5) dostarczy dokumentację sprzętu wymienionego w ust. 3, w tym instrukcję obsługi w języku polskim,
 - 6) zobowiązuje się do organizacji szkolenia pracowników w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu medycznego w miejscu instalacji w określonym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnie

z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania określonego w ust. 1 w formularzu parametrów technicznych. Formularz ten stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§2

1. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) sprzęt wymieniony w § 1 ust. 3 jest sprawny technicznie i niewadliwy,
 - 2) zostaje przekazany Zamawiającemu w należyłym stanie, tj. umożliwiającym Zamawiającemu bezusterkowe używanie;
2. Sprzęt wymieniony w § 1 ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.
3. **Przekazanie, montaż i uruchomienie sprzętu** wymienionego w § 1 ust. 3 nastąpi w ciągu **10 tygodni** od daty podpisania niniejszej umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego i podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli stron.
4. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **1%** wartości sprzętu za każdy dzień opóźnienia w dostawie.
5. Do czasu protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy obciąża Wykonawcę.

§ 3

- 1) Zamawiający zobowiązuje się korzystać ze sprzętu medycznego zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem oraz wskazówkami zawartymi w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 7 pkt 5.
- 2) Koszty części zamiennych, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu z winy Zamawiającego, obciążają Zamawiającego.
- 3) Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Wykonawcy o okolicznościach opisanych w § 1 ust. 7 pkt 3. Zawiadomienia dokonuje telefonicznie pod numer, a następnie potwierdza na piśmie faksem pod numer lub na adres e-mail:@.....
- 4) Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku potwierdzić otrzymanie zawiadomienia przez przesłanie Zamawiającemu faksem (**pod numer (52) 39 56 901**) pisma potwierdzającego jego odebranie i określającym termin przybycia upoważnionego pracownika Wykonawcy w celu podjęcia decyzji, co do tego, którą z czynności opisanych w § 1 ust. 7 pkt 3 należy podjąć.
- 5) Terminy przystąpienia do usuwania awarii, wad i usterek i terminu ich usunięcia zostały określone w oświadczeniu o warunkach gwarancji i serwisu, złożonym przez Wykonawcę w trakcie postępowania określonego w ust. 1 w formularzu parametrów technicznych. Formularz ten stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
- 6) Terminy gwarancji ulegają przedłużeniu o czas od daty ujawnienia wady (awarii, usterki) do jej usunięcia.
- 7) Gwarancją nie są objęte:
 - a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
 - eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do wydanej jemu przez Wykonawcę instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i wywołanych nimi wad,
 - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby). Gwarancje nie podlegają wyłączeniu, o ile Zamawiający zleci naprawy osobom trzecim zarobkowo lub zawodowo trudniącym się nimi, w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez Wykonawcę – gwaranta.
 - b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).

§ 4

1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę obejmującą wartość przedmiotu zamówienia, w ciągu **7 dni** od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
2. Zapłata zostanie dokonana w następujący sposób:
 - a. **70%** wartości określonej w § 1 ust. 2 umowy - **w terminie 30 dni** od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy;
 - b. **30%** wartości określonej w § 1 ust. umowy – **w 36 równych miesięcznych ratach** płatnych do ostatniego roboczego dnia miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uiszczono zapłatę, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt a).
3. Zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Cena zawierać będzie podatek od towarów i usług.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Dostawcy odsetki według stopy odsetek ustawowych
5. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i że w związku z tym zostały im nadane następujące numery identyfikacji podatkowej:

- 1) Zamawiającemu: 555-17-83-839,
- 2) Wykonawca:

§ 5

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu:
 - a. Przekroczenie określonego w §2 ust. 3 umowy terminu realizacji zamówienia o 50% (tj. o 5 tygodni), Zamawiający stosuje karę umowną w wysokości 50% wartości brutto przedmiotu umowy,
 - b. Stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych przedmiotu umowy Zamawiający stosuje karę umowną w wysokości 10% wartości brutto sprzętu będącego przedmiotem umowy. Za wadę fizyczną przedmiotu umowy dającą Zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy uznaje się:
 - nieusuwalną wadę zmniejszającą wartość lub użyteczność sprzętu ze względu na cel oznaczony w umowie lub przeznaczenie rzeczy,
 - brak właściwości, które zgodnie z umową sprzęt powinien posiadać,
 - wadę fizyczną, która pomimo trzykrotnych napraw nie została przez Wykonawcę skutecznie usunięta.
2. W przypadku, gdy Wykonawca – mimo potwierdzenia wiadomości o awarii sprzętu wymienionego w § 1 ust. 3 lub istnieniu w nim wady – nie skieruje do Zamawiającego upoważnionego pracownika, o którym mowa w § 3 ust. 4 lub naruszony zostanie termin wskazany w oświadczeniu o warunkach serwisu i gwarancji (Załącznik nr 2 do umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ogólnej wartości zamówienia (§ 1 ust. 2) za każdy dzień do momentu podjęcia czynności serwisowych przez pracownika Wykonawcy lub oddania naprawionego sprzętu do użytku. W tym przypadku Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 6

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

§ 7

1. Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w ciągu jednego miesiąca od wystąpienia spornej okoliczności, wówczas każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć na etapie zawierania umowy:
 - a) przedłużenie końcowego terminu realizacji umowy w przypadku uzasadnionych, niezależnych od Stron umowy (i przez nie akceptowanych) okoliczności, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie,
 - b) wystąpienie nieprzewidzianych przeszkód i utrudnień formalno-prawnych,
 - c) zmiany ceny:
 - cena jednostkowa będzie mogła ulec zmianie na skutek zmiany stawek podatkowych dla przedmiotu zamówienia, w takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto,
 - cena jednostkowa będzie mogła ulec obniżeniu przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy,
 - d) wystąpienie o zmianę cen jednostkowych przez Wykonawcę musi odbyć się z wyprzedzeniem, nie później niż 14 dni przed proponowaną datą zmiany cen,
 - e) zmiana umowy będzie możliwa jeżeli zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego rodzaju niż wymienione w pkt. a) - c), pod warunkiem, że zmiana nie będzie ingerować w treść przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia,
 - f) zmiany wprowadzone do umowy będą obowiązywały po podpisaniu odpowiedniego aneksu przez obie strony.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY