



**Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza<sup>A</sup>  
w Chojnicach**

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10  
tel. centrala (0 52) 39 56 500  
tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569



e-mail: szpital@chojnice.pl

www.szpital.chojnice.pl

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

***Dotyczy przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp***

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

**NA DOSTAWĘ ULTRASONOGRAFÓW CYFROWYCH (2 SZT.)**

znak sprawy: DZAP-380-39/13

dla Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach  
(Zamawiający)

**Komisja przetargowa:**

.....  
**Maria Nieżorawska**

.....  
**Anna Tuskiewicz-Rudnik**

.....  
**Katarzyna Lepak**

**ZATWIERDZAM:**

***Leszek Bonna***

***Dyrektor***

Chojnice, dnia 23 października 2013 r.

## I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa ultrasonografów cyfrowych (2 szt.) (patrz – formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ oraz parametry techniczne – załączniki nr 3 do SIWZ).
2. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33112200-0: Aparaty ultrasonograficzne.
3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

## II. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM

1. Do przetargu mogą przystąpić tylko Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  - 1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  - 1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonał w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wielkością (dostawy nie mniejsze niż 80% wartości składanej oferty) przedmiotowi zamówienia.
  - 1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  - 1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 80% wartości przedmiotu zamówienia składanej oferty.
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które należy złożyć w oryginałach, ewentualnie w kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem (każda strona dokumentu) przez Wykonawcę:

2.1	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z wymogami art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.
2.2	Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw (minimum 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2.3	Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 1 (podpunkty 1.1 – 1.3) niniejszego rozdziału, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga przedstawienia oświadczenia tych podmiotów w zakresie informacji wynikających z dokumentów wymienionych w punkcie 5 (5.1-5.7) niniejszego rozdziału.
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 1 podpunkt 1.4 niniejszego rozdziału, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w punkcie 2.3 niniejszego rozdziału.
5. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, które należy złożyć w oryginałach, ewentualnie w kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem (każda strona dokumentu) przez Wykonawcę:

5.1	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.
5.2	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż <b>6 miesięcy</b> przed upływem terminu składania ofert.
5.3	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana jako uprawniona do reprezentacji podmiotu zgodnie z dokumentacją rejestrową. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczęć udzielającego pełnomocnictwa i jego podpis (jeżeli dotyczy).
5.4	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż <b>3 miesiące</b> przed upływem terminu składania ofert.
5.5	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż <b>3 miesiące</b> przed upływem terminu składania ofert.
5.6	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż <b>6 miesięcy</b> przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10, 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10, 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż <b>6 miesięcy</b> przed upływem terminu składania ofert. W przypadku kiedy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
5.7	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż <b>6 miesięcy</b> przed upływem terminu składania ofert.
5.8	Oświadczenie Wykonawcy, że należy/ nie należy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5:
- 6.1. podpunkt 5.2, 5.4, 5.5, 5.7 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - 6.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
    - 6.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
    - 6.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
  - 6.2. podpunkt 5.6 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10, 11 ustawy Pzp.
7. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.1.1, 6.1.3 i 6.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 6.1.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Regulację określoną w punkcie 7 stosuje się odpowiednio.

### III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (należy przedstawić dokumenty dopuszczające wyrób medyczny do obrotu).
2. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania techniczne zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ, a poszczególne parametry techniczne powinny wynikać z dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu lub innych materiałów określających parametry przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający wymaga zapewnienia (w ramach złożonej oferty) szkolenia personelu w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu eksploatacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga zaoferowania na proponowany sprzęt medyczny min. 12 m-cy gwarancji oraz zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do SIWZ.
5. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, które należy złożyć w oryginałach, ewentualnie w kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem (każda strona dokumentu) przez Wykonawcę:

5.1	Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
5.2	Dokumenty dopuszczające wyrób medyczny do obrotu na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. (poszczególne oferowane wyroby powinny być wyraźnie wskazane w załączonych dokumentach, np. poprzez podanie ich nazw handlowych, numerów katalogowych).
5.3	Dokumenty potwierdzające jakość wyrobów (atesty, certyfikaty, itp.).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia dokonana będzie na zasadzie **spełnia/nie spełnia** w oparciu o dokumenty określone w *Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - Dz. U. z 2013 r. poz. 231 (dot. rozdziału II i III SIWZ).*

### IV. DRUKI, NA KTÓRYCH NALEŻY ZŁOŻYĆ OFERTĘ

#### 1. Druki:

1.1	Oferta – Załącznik nr 1 do SIWZ.
1.2	Formularz asortymentowo – cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.
1.3	Formularz parametrów technicznych – Załącznik nr 3 do SIWZ.
1.4	Oświadczenie zgodne z wymogami art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych– Załącznik nr 5 do SIWZ.
1.5	Oświadczenie zgodne z wymogami art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych– Załącznik nr 6 do SIWZ.
1.6	Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. – Załącznik nr 7 do SIWZ.

#### **POZOSTAŁE WYMAGANE OŚWIADCZENIA, KTÓRE NIE ZOSTAŁY UJĘTE W POWYŻSZEJ TABELCE WYKONAWCA PRZYGOTOWUJE SAMODZIELNIE!!!**

#### **Uwaga !!!**

Dokumenty wymienione w rozdziale II, III i IV należy traktować jako obligatoryjne i brak jakiegokolwiek dokumentu lub sporządzenie oferty w sposób odbiegający od zaleceń (przy uwzględnieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych), będzie podstawą do wykluczenia Wykonawcy albo odrzucenia oferty.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być ogólnie udostępniane (art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku zastrzeżone w ofercie dokumenty powinny być odpowiednio **wydzielone i oznaczone**.

## V. TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia nastąpi najpóźniej w terminie **10 tygodni** od momentu udzielenia zamówienia (podpisania umowy).
2. Dostawa będzie realizowana na koszt Wykonawcy. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego.

## VI. FORMA PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć na załączonych drukach, wypełniając je pismem maszynowym lub drukowanym, bądź w formie wydruku komputerowego (**na wniosek Wykonawcy Zamawiający udostępni SIWZ w wersji elektronicznej do edycji**).
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument należy sygnować oryginalnym podpisem osoby (lub osób) uprawnionej do reprezentowania podmiotu na zewnątrz (wymienionej w wypisie z odpowiedniego rejestru – patrz rozdział II punkt 5.2), natomiast strony należy ponumerować, zaparafować i spiąć w sposób uniemożliwiający samoistne rozłączenie się oferty.
3. Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składane były wraz z tłumaczeniami na język polski, potwierdzonymi przez Wykonawcę.
4. Ofert z rozwiązaniami alternatywnymi Komisja nie będzie rozpatrywać.
5. Druk "FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY" – musi być wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Kwoty - wartości brutto, elementów składowych oferty należy przenieść w odpowiednie miejsce druku oferty:
  - cena oferty musi być wyrażona w PLN z uwzględnieniem wszystkich elementów kalkulacyjnych ceny (m.in. transport, opłaty celne i podatkowe),
  - ewentualne rabaty muszą być uwzględnione w cenie jednostkowej asortymentu.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
7. Do oferty można dołączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a także inne materiały mogące przedstawić ofertę w sposób najbardziej korzystny (np. prospekty reklamowe, rysunki, atesty itp.).
8. Ofertę oraz wszystkie pozostałe dokumenty należy spiąć zapakować w kopertę, opatrzyć danymi Wykonawcy oraz napisem:

<p style="text-align: center;"><b>SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. K. ŁUKOWICZA</b> ul. Leśna 10 89-600 Chojnice <b>OFERTA</b> Przetarg nieograniczony</p> <p style="text-align: center;"><b>DOSTAWA ULTRASONOGRAFÓW CYFROWYCH (2 SZT.)</b> DZAP-380-39/13 <b>NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 31.10.2013 R. GODZ. 11<sup>00</sup>!</b></p>
---

## VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują **faksem (052 39 56 505) bądź e-mailem wyłącznie w formie skanu oryginalnego dokumentu załączonego do wiadomości (zampublik@szpital.chojnice.pl)**, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
3. Dokumenty przesyłane faksem są odbierane w godzinach pracy Zamawiającego, tzn. od 7:00 do 14:35 (z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy).
4. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania (ogłoszenie, SIWZ, wyjaśnienia treści SIWZ oraz inne wymagane zapisami ustawy informacje) Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej [www.szpital.chojnice.pl](http://www.szpital.chojnice.pl)

## VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Katarzyna Lepak	- w sprawach merytorycznych	tel. (052) 39-56-900
Anna Wutrych Anna Tuszkiewicz-Rudnik Małgorzata Bramańska	- w sprawach proceduralnych	tel. (052) 39-56-504 tel. (052) 39-56-974 faks (052) 39-56-505 e-mail: zampublik@szpital.chojnice.pl

## IX. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób określony w rozdziale VII SIWZ.
2. Wszystkie wątpliwości Zamawiający wyjaśni niezwłocznie, jednak nie później niż na **2 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego **nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.**
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez odpowiedzi.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 2.
5. Treść wszystkich pytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaze wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz na stronie internetowej [www.szpital.chojnice.pl](http://www.szpital.chojnice.pl), bez ujawniania źródła zapytania.
6. W uzasadnionym przypadku (przed terminem składania ofert) Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informację o dokonanej zmianie Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej [www.szpital.chojnice.pl](http://www.szpital.chojnice.pl)
7. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie czas dodatkowy na wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieści na stronie internetowej [www.szpital.chojnice.pl](http://www.szpital.chojnice.pl)

## X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## XI. AUKcja ELEKTRONICZNA

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

## XII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

### **XIII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM**

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

### **XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

**Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza**  
**ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice**  
**(dział zamówień publicznych p. 208-209; osoby upoważnione do przyjęcia ofert:**  
**Anna Wutrych, Anna Tuskiewicz – Rudnik, Małgorzata Bramańska)**

najpóźniej w dniu: **31 października 2013 r. do godz. 10:00**

### **XV. TERMIN PUBLICZNEGO OTWARCIA ZŁOŻONYCH OFERT**

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu:

**31 października 2013 r. o godz. 11:00**

w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice.

### **XVI. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT**

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (w formie pisemnej pod rygorem nieważności). Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłosi publicznie pełne nazwy i adresy wszystkich Wykonawców, informacje dotyczące ceny złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz proponowane warunki płatności.
5. Informacje ogłoszone podczas otwarcia Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
6. Dalsze czynności Komisji odbędą się bez udziału Wykonawców.
7. Komisja nie będzie prowadzić żadnych negocjacji z Wykonawcami. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 Pzp).

### **XVII. OCENA OFERT**

1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Kryterium	
1	Cena	100 %

2. Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym.
3. Punktacja dla poszczególnych kryteriów dokonywana jest z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danym postępowaniu.

## **XVIII. OCENA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW**

### **1. CENA OFERTY**

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej w ofercie.  
Cena będzie punktowana na podstawie wzoru:

$$C = (\text{cena najniższa} \times \text{ranga kryterium}) / \text{cena badanej oferty}$$

Oferta z najniższą ceną uzyskuje maksymalną ilość punktów (100).

## **XIX. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale XVII.

## **XX. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU**

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (informacje te Zamawiający udostępni również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie);
- b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- d. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

## **XXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
  - a. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
  - b. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## **XXII. PODPISANIE UMOWY**

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, właściwym dla przedmiotowego zamówienia.
2. Treść umowy musi być zgodna z załączonym wzorem (z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie postępowania).
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że wystąpią przesłanki, których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **XXIII. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Po zawarciu umowy Zamawiający niezwłocznie zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.



#### XXIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ - ODWOŁANIE

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
  - odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Na czynności, o których mowa w punkcie 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.
9. Odwołanie wnosi się:
  - w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:
  - 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 9 i 10 wnosi się:
  - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
12. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
  - a. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem.
  - b. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
    - nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
15. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
19. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
21. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z punktem 16 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.
22. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
23. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
24. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
25. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wnieśli sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
26. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wnieśli sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
27. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
28. Odwołanie rozpoznaje Izba na podstawie art. 188 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI**

1. Oferta – Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Formularz asortymentowo – cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Formularz parametrów technicznych – Załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Projekt umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Oświadczenie zgodne z wymogami art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Oświadczenie zgodne z wymogami art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Oświadczenie o zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. – Załącznik nr 7 do SIWZ

**W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie**

**Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.**

Oferent

Nazwa: .....

Adres: .....

Kod i Miejscowość:

.....

NIP .....

REGON: .....

Tel/fax .....

e-mail: .....

**OFERTA**

Dla:

.....

.....

.....

Nawiązując do udziału w przetargu nieograniczonym:

1. Oferujemy wykonanie dostawy objętej zamówieniem, której rodzaj jest zgodny z przedmiotem zamówienia wg załącznika nr 2 (Formularz asortymentowo-cenowy) oraz załącznika nr 3 (Parametry techniczne) do oferty.
2. Cena oferowana: ..... **słownie** .....
- Powyższa cena zawiera podatek VAT.**
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od ostatecznego terminu składania ofert.
4. Oferowany termin płatności: **30 dni**.
5. Warunki gwarancji: (min. 12 miesięcy): .....
6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji (akceptujemy zapisy projektu umowy i wszelkie zmiany powstałe w trakcie postępowania) oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
7. **Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia samodzielnie.\***  
\*W przypadku realizacji przy udziale podwykonawców należy wskazać, którą część lub części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom oraz można podać nazwy (firm) proponowanych podwykonawców.
8. **Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.\***  
\* **W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale II. 5.8 SIWZ.**
9. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:
  - a) Załącznik nr 1 .....
  - b) Załącznik nr 2 .....
  - c) Załącznik nr 3 .....
  - d) Załącznik nr 4 .....
  - e) Załącznik nr 5 .....
  - f) Załącznik nr 6 .....
  - g) Załącznik nr 7 .....

.....  
**Miejscowość i data**

.....  
**Pieczętka i podpis uprawnionego  
Przedstawiciela Wykonawcy**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

Lp.	Przedmiot	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat%	Wartość netto	Wartość brutto*	Nazwa handlowa/ Numer katalogowy	Numery stron w ofercie z dokumentami dot. przedmiotu zamówienia
1.	ultrasonograf cyfrowy ogólnodiagnostyczny	1							
2.	ultrasonograf cyfrowy ginekologiczno-polożniczy	1							
Razem wartość:									

\* Spółobliczenia wartości brutto = Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto

Razem wartość netto: .....

Vat: .....

Razem wartość brutto: .....

.....  
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

.....  
PIECZĄTKA I PODPIS UPRAWNIIONEGO  
PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY

## ULTRASONOGRAF CYFROWY OGÓLNODIAGNOSTYCZNY

Lp.	Parametry techniczne	Parametry wymagane	Opis oferowanego urządzenia/uwagi
1.	Aparat wyprodukowany nie później niż w 2012 r.	Tak, podać	
2.	Aparat stacjonarny, konstrukcja mobilna na wózku z czterema skrętnymi kołami	Tak	
3.	Waga aparatu max 100kg	Tak, podać	
4.	Pulpit z podświetlonymi klawiszami sterującymi, podnoszony i obracany w stosunku do monitora jak i podstawy aparatu	Tak	
5.	Ekran aparatu o przekątnej 17cali LCD i rozdzielczości 1280x1040 kolorowy, bez przepłotu	Tak	
6.	Cyfrowy układ formatowania wiązki ultradźwiękowej z łączną ilością kanałów nadawczych i odbiorczych ponad 18 000	Tak	
7.	Częstość wyświetlania obrazów czarno-białych min. 1000 ramek na sekundę	Tak, podać	
8.	Częstość wyświetlania obrazów kolorowych min. 350 ramek na sekundę	Tak, podać	
9.	Zakres dynamiki systemu min. 170dB	Tak, podać	
10.	Głębokość obrazowania do 30cm	Tak, podać	
11.	Ilość poziomów regulacji wzmocnienia w funkcji głębokości (TGC) min. 8	Tak, podać	
12.	Ilość poziomów wzmocnienia ech bocznych (dopuszcza się regulację programową) min. 2	Tak, podać	
13.	Obracanie obrazu lewo-prawo, góra-dół	Tak	
14.	Technika postprocesingu sygnału źródłowego pozwalająca na zmniejszenie szumów (zakłóceń) na obrazie 2D	Tak	
15.	Na ekranie podzielonym na dwa – jednoczesna prezentacja obrazu 2D i 2D z kolorem o niezależnych buforach pamięciowych	Tak	
16.	Pojemność pamięci typu „scroll” dla wszystkich trybów pracy aparatu min. 1 000 ramek	Tak, podać	
17.	Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków min. 9 kątów ugięcia	Tak, podać	
18.	Oprogramowanie umożliwiający obrazowanie z kontrastem w opcji obrazowania ogólnego	Tak	
19.	Obrazowanie typu M-mode	Tak	
20.	Obrazowanie M-mode na całym ekranie	Tak	
21.	Zastosowanie powiększenia zoom do M-modu	Tak	
22.	Kolorowy M-mode, tj. stosowany łącznie z przepływem kodowanym kolorowym	Tak	
23.	Anatomiczny M-mode dla obrazu w czasie rzeczywistym z przepływem kodowanym kolorowym	Tak	
24.	Realizacja anatomicznego M-mode dla obrazu zatrzymanego z dowolnie wybranej osi	Tak	
25.	Doppler spektralny pulsacyjny (PW) i ciągły (CW)	Tak	
26.	Obrys widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym z jednoczesnym obliczaniem jego parametrów	Tak	
27.	Regulowana objętość próbki od 1 do 25mm	Tak	
28.	Automatyczne uruchamiana funkcja dopplera wielobramkowego HPRF	Tak	
29.	Zakres pomiaru prędkości dla dopplera pulsacyjnego dla zerowego kąta korekcji min. 7,0 m/sek.	Tak, podać	
30.	Prezentacja spektrum dopplerowskiego na całym ekranie	Tak	
31.	Technika automatycznego czyszczenia widma dopplerowskiego	Tak	
32.	Doppler kolorowy (CD)	Tak	
33.	Technika automatycznej optymalizacji częstotliwości pracy w trybie dopplera kolorowego	Tak	
34.	Tryb Duplex (2D+PD)	Tak	
35.	Tryb Triplex (2D+PD+CD)	Tak	
36.	Tryb Angio	Tak	
37.	Technika optymalizacja wzmocnienia na obrazie 2D i spektrum dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku	Tak	

38.	Technika redukcji szumów na obrazie rzeczywistym 2D przy pomocy jednego klawisza	Tak
39.	Przycisk trybów zobrazowania z niezależnymi regulatorami wzmocnienia	Tak
40.	Klawisze szybkiego dostępu z dynamicznym wyświetlaniem opartym na predefiniowanych ustawieniach, trybie lub statusie badania	Tak
41.	Pamięć indywidualnych nastaw użytkowników min. 20	Tak, podać
42.	Wyświetlanie wszystkich aktualnych nastaw oraz aktywnej głowicy na ekranie systemu	Tak
43.	Wprowadzanie własnych opisów i oznaczeń na ekranie	Tak
44.	Dodawanie własnych definiowanych pomiarów i obliczeń do poszczególnych pakietów aplikacyjnych pomiarowo-obliczeniowych i pokazywanie wyników w drukowanym raporcie do 20 pomiarów i obliczeń	Tak
45.	Wynik badania charakterystyczny dla typu badania, uzupełniany automatycznie o zmierzone lub obliczone dane	Tak
46.	Uzupełnienie badania o zdjęcia charakteryzujące udokumentowane patologie	Tak, podać
47.	Pojemność dysku twardego min. 250 GB	Tak
48.	Nagrywarka multisesyjna DVD obsługująca różne standardy CD-R/RW DVD+R/RW wbudowana w aparat	Tak
49.	Archiwizacja pięci obrazowych w sposób prospektywny lub retrospektywny do wyboru przez operatora	Tak
50.	Obsługa gniazd USB 2.0 do archiwizacji danych, gniazdo USB usytuowane z przodu aparatu	Tak
51.	Standard DICOM 3.0 dla serwisu drukowania i wysyłania oraz MWL (modality worklist)	Tak
52.	Wideokopiarka czarno biała małoformatowa	Tak
<b>Głowice</b>		
53.	<b>Głowica liniowa</b> pracująca w zakresie od 3MHz do 12MHz z tolerancją dolnej granicy $\pm 0,5$ MHz	Tak, podać
54.	Szerokość pola obrazowania nie mniej niż 35mm	Tak, podać
55.	Ilość elementów min. 128	Tak, podać
56.	Technika harmoniczna	Tak
57.	Obrazowanie trapezoidalne	Tak
58.	<b>Głowica mikrokonweksowa</b> pracująca w zakresie od 5MHz do 8MHz z tolerancją dolnej granicy $\pm 0,5$ MHz i górnej granicy $\pm 0,5$ MHz	Tak, podać
59.	Kąt widzenia 90°, sterowana ciągłym, pulsacyjnym, kolorowym, tkankowym angio i High PRF Dopplerem	Tak, podać
60.	Promień krzywizny 14mm $\pm$ 1mm	Tak, podać
61.	<b>Głowica konweksowa</b> pracująca w zakresie od 1MHz do 5MHz z tolerancją dolnej granicy $\pm 0,5$ MHz i górnej granicy $\pm 0,5$ MHz	Tak, podać
62.	Kąt widzenia min. 75°, sterowana ciągłym, pulsacyjnym, kolorowym, tkankowym angio i High PRF Dopplerem	Tak, podać
63.	Ilość elementów min. 150	Tak podać
64.	Technika harmoniczna	Tak
<b>Możliwość rozbudowy:</b>		
65.	Oprogramowanie umożliwiający obrazowanie z kontrastem w opcji kardiologicznej	Tak
66.	Zakres pomiaru prędkości dla dopplera ciągłego dla zerowego kąta korekcji nie mniej niż 18m/sek.	Tak
67.	Technika dopplera tkankowego w trybie 2D i PW	Tak
68.	Pakiet pomiarowo-obliczeniowy kardiologiczny	Tak
69.	Głowica sektorowa pracująca w zakresie od 2MHz do 5MHz z tolerancją dolnej granicy $\pm 0,5$ MHz i górnej granicy $\pm 0,5$ MHz	Tak
70.	Kąt widzenia 90°, sterowana ciągłym, pulsacyjnym, kolorowym, tkankowym angio i High PRF Dopplerem	Tak
71.	Technika harmoniczna	Tak
72.	Głowica sektorowa pracująca w zakresie od 3 MHz do 8 MHz z tolerancją dolnej granicy $\pm 0,5$ MHz i górnej granicy $\pm 0,5$ MHz	Tak
73.	Ilość elementów min. 96	Tak
74.	Technika harmoniczna	Tak
75.	Głowica sektorowa pracująca w zakresie od 4 MHz do 12 MHz z tolerancją dolnej granicy $\pm 0,5$ MHz i górnej granicy $\pm 0,5$ MHz	Tak
76.	Kąt widzenia 90°m sterowana ciągłym, pulsacyjnym, kolorowym, tkankowym Angio i High PRF Dopplerem	Tak
77.	Ilość elementów min. 96	Tak

78.	Technika harmoniczna		Tak
79.	Uzupełnienie badania o segmentalny schemat kurczliwości odcinkowej wraz z punktacją z automatycznym obliczaniem indeksu kurczliwości odcinkowej (WMI Wall Morion Index) dotyczy badania echokardiograficznego		Tak
<b>Gwarancja, serwis</b>			
80.	Okres gwarancji od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (miesiące) - min. 12 miesięcy (dotyczy to zarówno urządzenia jak i głowic)		Tak, podać
81.	W okresie gwarancji: Gwarantowany czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 48 godz.		Tak
82.	W okresie gwarancji: Gwarantowany czas naprawy awarii - 7 dni.		Tak
83.	W okresie gwarancji: W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego		Tak
84.	Przeglądy, zgodnie z instrukcją obsługi min.1 w czasie gwarancji. Wszystkie usługi serwisowe (przeglądy, naprawy) w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia		Tak
85.	Okres zagwarantowania dostępności do części zamiennych od dnia sprzedaży w latach - min. 10		Tak
86.	Instrukcja obsługi i użytkowania urządzenia oraz głowic w języku polskim (wymagane dostarczenie wraz z dostawą aparatu)		Tak
87.	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji		Tak
88.	Dostępność autoryzowanego przez producenta serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (załączyć dokumenty)		Tak

.....  
 miejscowość i data

.....  
 pieczęćka i podpis uprawnionego  
 przedstawiciela Wykonawcy

## ULTRASONOGRAF CYFROWY GINEKOLOGICZNY

Lp.	Parametry techniczne	Parametry wymagane	Opis oferowanego urządzenia/ uwagi
1.	Aparat cyfrowy, wyprodukowany nie później niż w 2012r.	Tak, podać	
2.	Szeroki zakres stosowanych częstotliwości pracy	Tak, podać	
3.	Ilość przetwarzanych kanałów odbiorczych $\geq 1024$	Tak, podać	
4.	Maksymalna wartość dynamiki wyświetlana na ekranie aparatu min. 230dB	Tak, podać	
5.	Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D min. 230Hz	Tak, podać	
6.	Regulacja wysokości panelu sterowania min. 16cm	Tak	
7.	Możliwość obrotu pulpitu sterowniczego o kąt min +/- 120°	Tak	
8.	Cyfrowy monitor LCD o przekątnej ekranu min 15" na wysięgniku, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie, antyrefleksowy zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia	Tak	
9.	Cztery niezależne, obrotowe koła z możliwością blokowania skrętu i hamowania min. dwóch kół	Tak	
10.	Cztery gniazda sond obrazowych przelączanych elektronicznie z pulpitu	Tak	
11.	Wyłączanie/wyłączanie głowic do gniazd może odbywać się w czasie pracy aparatu bez konieczności zatrzymania „freeze”	Tak	
12.	Waga aparatu max 80kg	Tak, podać	
<b>Tryby pracy aparatu</b>			
13.	2-D	Tak	
14.	M-mode	Tak	
15.	Kolor M-mode	Tak	
16.	PW Doppler	Tak	
17.	CW Doppler	Tak	
18.	Doppler kolorowy	Tak	
19.	Power Doppler oraz Kierunkowy Power Doppler	Tak	
20.	Tryb Duplex (2D/PW)	Tak	
21.	Tryb Triplex (2D/PW/CD)	Tak	
22.	Szerokość bramki doplera PW od 0,5mm do 25mm	Tak, podać	
23.	Mierzona prędkość przepływu dla PW przy 0° korekcji kąta	Tak	
24.	Mierzona prędkość przepływu dla CD	Tak	
25.	Tryb Dual tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B+B/CD	Tak	
26.	Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół	Tak	
27.	Powiększenie obrazu zamrożonego, min. 5x	Tak	
28.	Powiększenie bez straty rozdzielczości obrazu w czasie rzeczywistym min. 5x	Tak	
29.	Regulatory wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC	Tak	
30.	Regulatory wzmocnienia bocznego wiązki	Tak	
31.	Obrazowanie trapezoidalne	Tak	
32.	Automatyczna optymalizacja (dopasowanie) skali linii bazowej dla trybu PW Doppler przy pomocy jednego klawisza	Tak	



**FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

33.	Automatyczna optymalizacja częstotliwości dla trybu Color Doppler	Tak
34.	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D (min. TGC, gain, kompresja obrazu) do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza	Tak
35.	Funkcja czyszczenia obrazu z zakłóceń polepszająca obrazowanie w trybie 2D	Tak
36.	Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków	Tak
<b>Głowice</b>		
37.	<b>Szerokopasmowa głowica typu convex – 1 szt.</b>	Tak
38.	Zakres częstotliwości emitowanych przez głowicę min. 2-5MHz	Tak
39.	Kąt widzenia min. 85°	Tak
40.	PW Doppler	Tak
41.	Kolor Doppler	Tak
42.	Power (Angio) Doppler	Tak
43.	Obrazowanie harmoniczne	Tak
44.	<b>Głowica konweksowa endowaginalna – 2 szt.</b>	Tak
45.	Zakres częstotliwości emitowanych przez głowicę min. 4 – 8MHz	Tak
46.	Kąt widzenia min. 135°	Tak
47.	PW Doppler	Tak
48.	Kolor Doppler	Tak
49.	Power (Angio) Doppler	Tak
<b>Pakiety obliczeniowe</b>		
50.	Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania, opisać	Tak
51.	Możliwość dołączenia obrazów do raportu	Tak
52.	Możliwość wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu	Tak
53.	Możliwość tworzenia własnych kalkucji obliczeniowych	Tak
<b>System archiwizacji</b>		
54.	Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania min. 1000 obrazów	Tak
55.	Możliwość ustawienia długości archiwizowanych pętli, podać maksymalną długość pętli w ilości cykli pracy serca i w sek.	Tak, podać
56.	Dysk twardy aparatu minimum 80GB	Tak, podać
57.	Złącze USB do archiwizacji obrazów na pamięci typu flash	Tak
58.	Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych i statycznych na dysku aparatu	Tak
59.	Nagrywarka CD-R/DVD wbudowana w aparat	Tak
60.	Wideoprinter czarno-biały małego formatu	Tak
61.	Wbudowana w aparat instrukcja obsługi 'on-line'	Tak
62.	Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej/laserowej) do drukowania raportów z badań w formacie A4	Tak
63.	Zasilanie 220-240 VAC, 50Hz	Tak
<b>Gwarancja, serwis</b>		
64.	Okres gwarancji od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (miesiące) - min. 12 miesięcy (dotyczy to zarówno urządzenia jak i głowic)	Tak, podać
65.	W okresie gwarancji: Gwarantowany czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 48 godz.	Tak
66.	W okresie gwarancji: Gwarantowany czas naprawy awarii - 7 dni	Tak
67.	W okresie gwarancji: W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego	Tak

**FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH****Załącznik nr 3 do SIWZ**

68.	Przeeglady, zgodnie z instrukcją obsługi min.1 w czasie gwarancji. Wszystkie usługi serwisowe (przeeglady, naprawy) w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia	Tak	
69.	Okres zagwarantowania dostępności do części zamiennych od dnia sprzedaży w latach - min. 10	Tak	
70.	Instrukcja obsługi i użytkowania urządzenia oraz głowic w języku polskim (wymagane dostarczenie wraz z dostawą aparatu)	Tak	
71.	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji	Tak	
72.	Dostępność autoryzowanego przez producenta serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (załączyć dokumenty)	Tak	

.....  
miejscowość i data

.....  
pieczęć i podpis uprawnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Umowa nr .../PN/2013

Zawarta w dniu ..... r. w Chojnicach pomiędzy:  
firmą

z siedzibą w ..... wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez  
..... pod numerem...../ zarejestrowaną w ..... pod  
numerem .....,

NIP: ....., REGON: .....

reprezentowaną przez:

.....  
zwaną dalej w umowie „Wykonawcą”

a

Szpitałem Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000051787, NIP 555-17-83-839, REGON: 000308169

reprezentowanym przez:

Dyrektora - Leszka Bonnę

zwanym dalej „Zamawiającym”.

## § 1

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia w dniu ..... r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. j. Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zm.)
2. Ogólną wartość sprzętu medycznego ustala się na kwotę: ..... zł brutto. (słownie: .....). Taka wartość została określona w złożonym przez Wykonawcę w trakcie postępowania określonego w ust. 1 – formularzu asortymentowo - cenowym. Formularz ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest dostawcą sprzętu medycznego będącego przedmiotem postępowania, o którym mowa w ust. 1, tj.:  
➤ .....
4. Wymieniony w ust. 3 sprzęt spełnia wymagania techniczne wyszczególnione w ofercie złożonej w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1.
5. Wykonawca oświadcza również, że sprzęt wymieniony w ust. 3, będący przedmiotem umowy jest wolny od wad fizycznych, nie ma wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania prawnego albo zabezpieczenia prawnego ustanowionego na rzecz osób trzecich na podstawie czynności prawnej lub przez organy egzekucyjne w wykonaniu postępowania egzekucyjnego.
6. Wykonawca sprzedaje (wydaje i przenosi własność) zamawiającemu sprzęt wymieniony w ust. 3 za cenę sprzedaży ..... zł brutto.
7. W ramach ceny sprzedaży Wykonawca:
  - 1) dokona dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu wymienionego w ust. 3 w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
  - 2) w przypadku awarii, zobowiązany jest dokonać naprawy zgodnie z oświadczeniem o warunkach gwarancji i serwisu, złożonym przez Wykonawcę w trakcie postępowania określonego w ust. 1. Oświadczenie to stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
  - 3) świadczyć będzie pełen zakres serwisowy przez okres zawarty w warunkach gwarancji podany w ofercie przetargowej od dnia dostarczenia sprzętu wymienionego w ust. 3,
  - 4) dostarczy dokumentację sprzętu wymienionego w ust. 3, w tym instrukcję obsługi w języku polskim,
  - 5) wyda gwarancję jakości sprzedawanego sprzętu na ..... miesięcy,
  - 6) zobowiązuje się do organizacji szkolenia pracowników w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu medycznego w miejscu instalacji w określonym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania określonego w ust. 1. Oświadczenie to stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

## §2

1. Wykonawca oświadcza, że:
  - 1) sprzęt wymieniony w § 1 ust. 3 jest sprawny technicznie i niewadliwy,
  - 2) zostaje przekazany Zamawiającemu w należyłym stanie, tj. umożliwiającym Zamawiającemu bezusterkowe używanie;
2. Sprzęt wymieniony w § 1 ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.
3. **Przekazanie, montaż i uruchomienie sprzętu** wymienionego w § 1 ust. 3 nastąpi w ciągu **10 tygodni** od daty podpisania niniejszej umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego i podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli stron.
4. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości sprzętu za każdy dzień opóźnienia w dostawie.
5. Do czasu protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy obciąża Wykonawcę.

## § 3

- 1) Zamawiający zobowiązuje się korzystać ze sprzętu medycznego zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem oraz wskazówkami zawartym w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 7 pkt 4.
- 2) Koszty części zamiennych, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu z winy Zamawiającego, obciążają Zamawiającego.
- 3) Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Wykonawcy o okolicznościach opisanych w § 1 ust. 7 pkt 2. Zawiadomienia dokonuje na piśmie faksem lub telefonicznie, a potwierdza listem poleconym.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku potwierdzić otrzymanie zawiadomienia przez przesłanie Zamawiającemu faksem pisma potwierdzającego jego odebranie i określającym termin przybycia upoważnionego pracownika Wykonawcy w celu podjęcia decyzji, co do tego, którą z czynności opisanych w § 1 ust. 7 pkt 2 należy podjąć.
- 5) Terminy przystąpienia do usuwania awarii, wad i usterek i terminu ich usunięcia zostały określone w oświadczeniu o warunkach gwarancji i serwisu, złożonym przez Wykonawcę w trakcie postępowania określonego w ust. 1. Oświadczenie to stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
- 6) Terminy gwarancji ulegają przedłużeniu o czas od daty ujawnienia wady (awarii, usterki) do jej usunięcia.
- 7) Gwarancją nie są objęte:
  - a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
    - eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do wydanej jemu przez Wykonawcę instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i wywołanych nimi wad,
    - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby). Gwarancje nie podlegają wyłączeniu, o ile Zamawiający zleci naprawy osobom trzecim zarobkowo lub zawodowo trudniącym się nimi, w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez Wykonawcę – gwaranta.
  - b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).

## § 4

1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę obejmującą wartość przedmiotu zamówienia, w ciągu 7 dni od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
2. Zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze **w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy**. Cena zawierać będzie podatek od towarów i usług.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Dostawcy odsetki według stopy odsetek ustawowych
4. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i że w związku z tym zostały im nadane następujące numery identyfikacji podatkowej:
  - 1) Zamawiającemu: 555-17-83-839,
  - 2) Wykonawca: .....

## § 5

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu:
  - a. Niezrealizowania umowy w terminie, którym mowa w § 2 ust. 3 Zamawiający zastosuje karę umowną w wysokości 10% wartości brutto sprzętu będącego przedmiotem umowy,
  - b. Stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych przedmiotu umowy Zamawiający zastosuje karę umowną w wysokości 10% wartości brutto sprzętu będącego przedmiotem umowy. Za wadę fizyczną przedmiotu umowy dającą Zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy uznaje się:
    - nieusuwalną wadę zmniejszającą wartość lub użyteczność sprzętu ze względu na cel oznaczony w umowie lub przeznaczenie rzeczy,
    - brak właściwości, które zgodnie z umową sprzęt powinien posiadać,
    - wadę fizyczną, która pomimo trzykrotnych napraw nie została przez Wykonawcę skutecznie usunięta.
2. W przypadku, gdy Wykonawca – mimo potwierdzenia wiadomości o awarii sprzętu wymienionego w § 1 ust. 3 lub istnieniu w nim wady – nie skieruje do Zamawiającego upoważnionego pracownika, o którym mowa w § 3 ust. 4 lub naruszony zostanie termin wskazany w oświadczeniu o warunkach serwisu i gwarancji (Załącznik nr 2 do umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ogólnej wartości zamówienia (§ 1 ust. 2) za każdy dzień do momentu podjęcia czynności serwisowych przez pracownika Wykonawcy lub oddania naprawionego sprzętu do użytku. W tym przypadku Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

## § 6

- 1) Wykonawca może dokonać czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela, w tym przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, na zasadach określonych w § 6 pkt. 2 i 3.
- 2) Zamawiający po otrzymaniu od wykonawcy wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie czynności określonych w § 6 pkt. 1, wszczyna bez zbędnej zwłoki procedurę wskazaną w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), to jest wydaje opinię i przekazuje ją wraz z wnioskiem do Rady Powiatu Chojnickiego.
- 3) O podjętej przez podmiot tworzący (Radę Powiatu Chojnickiego) decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej lub odmowie jej wyrażenia, zamawiający informuje wykonawcę niezwłocznie.
- 4) Czynność prawna dokonana przez wykonawcę bez zgody Rady Powiatu Chojnickiego jest nieważna.

## § 7

1. Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w ciągu jednego miesiąca od wystąpienia spornej okoliczności, wówczas każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego.
2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

## § 8

Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia i złożona oferta.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

(pieczęć firmowa)

Oświadczenie

**Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ultrasonografów cyfrowych (2 szt.)**

**oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:**

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

**Zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.**

.....  
**MIEJSCOWOŚĆ I DATA**

.....  
**PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO  
PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY**

(pieczęć firmowa)

Oświadczenie

**Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  
ultrasonografów cyfrowych (2 szt.)**

**oświadczam, że:**

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.  
24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.**

.....  
**MIEJSCOWOŚĆ I DATA**

.....  
**PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO  
PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY**

.....  
(pieczęć firmowa)

.....  
miejsowość i data

**OŚWIADCZENIE**

Wykonawca ..... oświadcza, że  
oferowany przedmiot zamówienia:

1. ....

spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych  
(Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679).

.....  
pieczętka i podpis uprawnionego  
przedstawiciela Wykonawcy