



Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza^A
w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10
tel. centrala (0 52) 39 56 500
tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569

e-mail: szpital@chojnice.pl

www.szpital.chojnice.pl



Chojnice, dnia 29 października 2013 r.

**Podmioty biorące udział
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego**

N/znak: DZAP-380-39/1/13

DOTYCZY: Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ultrasonografów cyfrowych (2szt.).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy: Załącznika nr 3 do SIWZ

1. Dział opis oferowanego aparatu pkt. 7

Zamawiający wymaga „Możliwość obrotu pulpitu sterowniczego o kąt min. +/- 120°”. Jest to wartość charakterystyczna dla aparatu ultrasonograficznego Philips ClearVue 550. Tak podany warunek graniczny nie pozwala innym, znaczącym producentom aparatów ultrasonograficznych na złożenie ważnej oferty.

Proszę o dopuszczenie „Możliwość obrotu pulpitu sterowniczego: bez obrotu”.

Odpowiedź: Nie.

2. Dział Opis oferowanego aparatu pkt. 10

Zamawiający wymaga „Cztery gniazda sond obrazowych przełączanych elektronicznie z pulpitu”. Jest to wartość charakterystyczna dla aparatu ultrasonograficznego Philips ClearVue 550. Tak podany warunek graniczny nie pozwala innym, znaczącym producentom aparatów ultrasonograficznych na złożenie ważnej oferty.

Proszę o dopuszczenie „Trzy gniazda sond obrazowych przełączanych elektronicznie z pulpitu.

Odpowiedź: Nie.

3. Dział Tryby pracy aparatu pkt. 22

Zamawiający wymaga „Szerokość bramki dopplera PW od 0,5mm do 25mm”. Jest to ilość charakterystyczna dla aparatu ultrasonograficznego Philips ClearVue 550. Tak podany warunek graniczny nie pozwala innym, znaczącym producentom aparatów ultrasonograficznych na złożenie ważnej oferty.

Proszę o dopuszczenie „Szerokość bramki dopplera PW 0,5-15mm”

Odpowiedź: Nie.

4. Dział Tryby pracy aparatu pkt. 30

Zamawiający wymaga „Regulatory wzmocnienia bocznego wiązki”. Jest to wartość charakterystyczna dla aparatu ultrasonograficznego Philips ClearVue 550. Tak podany warunek graniczny nie pozwala innym, znaczącym producentom aparatów ultrasonograficznych na złożenie ważnej oferty.

Proszę o dopuszczenie wyżej wymienionego pkt „bez regulatorów wzmocnienia bocznego wiązki”.

Odpowiedź: Nie.

5. Dział Głowice pkt. 39

Zamawiający wymaga „Kąt widzenia min. 85°” Jest to wartość charakterystyczna dla aparatu ultrasonograficznego Philips ClearVue 550. Tak podany warunek graniczny nie pozwala innym, znaczącym producentom aparatów ultrasonograficznych na złożenie ważnej oferty.

Proszę o dopuszczenie „kąt widzenia min. 68 stopni”.

Odpowiedź: Nie.

Z poważaniem

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bonna