



Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza^A w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10
tel. centrala (0 52) 39 56 500

tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569

e-mail: szpital@chojnice.pl

www.szpital.chojnice.pl



Chojnice, 18 kwietnia 2013 r.

N/znak: DZAP-380-4/7/13

Wykonawcy, którzy złożyli oferty
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego

DOTYCZY: Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tomografu komputerowego.

- I. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tomografu komputerowego wybrano następującą ofertę:
- o Oferta nr 1 złożona przez **TMS Sp. z o. o., ul. Wiernicza 84, 02-952 Warszawa**; łączna wartość oferty brutto: **1.529.150,00 zł.**

Powyższą ofertę uznano za najkorzystniejszą na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (Wykonawca spełnił wymagane warunki) oraz na podstawie kryteriów oceny zawartych w SIWZ – uzyskała największą ilość punktów (kryterium: cena – 80%, parametry techniczne – 20%), tj. **80 + 20 = 100 pkt.** (z uwagi na nieznaczne przekroczenie Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację do ceny najkorzystniejszej oferty).

- II. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający zawiadamia o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
- o Oferta nr 2 złożona przez **SIEMENS Sp. z o. o., Żupnicza 11, 03-821 Warszawa** – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaoferował aparat niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w *Formularzu parametrów technicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ)* – co potwierdza deklaracja Wykonawcy wskazana w punkcie D. 47 ww. formularza, gdzie w miejscu przewidzianym do zadeklarowania spełniania parametru wpisano „NIE”. Zamawiający wymagał spełnienia wszystkich parametrów wskazanych w załączniku (oprócz parametrów ocenianych) pod rygorem odrzucenia oferty. Parametr wskazany w punkcie D. 47 był parametrem bezwzględnie wymaganym (granicznym) W związku z powyższym Zamawiający zdecydował o odrzuceniu wskazanej oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 Pzp. Oferta odrzucona nie podlega ocenie kryteriów.

W sytuacji konieczności odrzucenia oferty Wykonawcy, Zamawiający zaniechał wykonywania czynności określonych w art. 26 ust 3 i 4 ustawy Pzp, a dotyczących innych zastrzeżeń do oferty (Załącznik nr 3 do SIWZ, punkty C. 38 – brak nomenklatury producenta, K. 105 – brak podania wartości, K. 114 – brak

dokumentów potwierdzających autoryzację producenta, J. 109 – brak dokumentów potwierdzających parametry techniczne), gdyż mimo złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

- III. Zgodnie z regulacją art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta nie wcześniej niż **30.04.2013 r.**, tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp. Zamawiający powiadomi o szczegółowym terminie i miejscu podpisania umowy oddzielnym pismem.

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania przetargowego.

Z poważaniem

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bonno

Zgodnie z regulacją art. 27 ust. 2 Pzp Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszej informacji oraz jej czytelności. Potwierdzenie należy przesłać pod numer faksu 52 39 56 505 bądź na adres mailowy: zampublik@szpital.chojnice.pl

A.W.