



Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza<sup>A</sup>  
w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10  
tel. centrala (0 52) 39 56 500  
tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569

e-mail: szpital@chojnice.pl

www.szpital.chojnice.pl



Chojnice, 28 września 2012 r.

N/znak: DZAP-380-3/38/12

Wykonawcy, którzy złożyli oferty  
w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego

DOTYCZY: Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę implantów neurochirurgicznych (III).

I. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów neurochirurgicznych (III) wybrano następującą ofertę:

- o Oferta nr 2 złożona przez **PIONEER SURGICAL TECHNOLOGY BV, VOORVESTE 7, 3992 DC HOUTEN, Holandia**; łączna wartość oferty brutto: **99.900,00 zł.**

Powyższą ofertę uznano za najkorzystniejszą na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (Wykonawca spełnił wymagane warunki) oraz na podstawie kryteriów oceny zawartych w SIWZ – uzyskała maksymalną ilość punktów (kryterium: cena – 100%), **tj. 100 pkt.**

II. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający zawiadamia o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

- o Oferta nr 1 złożona przez **LfC Sp. z o. o., ul. Kozuchowska 41, 65-364 Zielona Góra** – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w *Opisie warunków technicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ)* oferowane implanty miały posiadać mechanizm klamrowy, tj. **samoatrzaszkujący się mechanizm, który po założeniu implantów trwale zapobiega ruchom ramion**, a w konsekwencji uniemożliwia wysunięcie się implantu. Implanty zaoferowane przez Wykonawcę **nie posiadają zatrasku – klamry blokującej implant po założeniu**. Użyte w złożonej ofercie określenie „tzw. mechanizm klamrowy” jest nieadekwatne do stanu faktycznego. Bardziej właściwe jest określenie „mechanizm kołyskowy”, który pozwala na mikroruchy i „bujanie” („wahanie”) się implantu – co jest z pewnością genezą nazwy **inSWing**. W związku z powyższym Zamawiający zdecydował o odrzuceniu wskazanej oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 Pzp.

- III. Zgodnie z regulacją art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta nie wcześniej niż **04.10.2012 r.**, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania przetargowego.

Z poważaniem

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

*Leszek Bonna*

Zgodnie z regulacją art. 27 ust. 2 Pzp Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszej informacji oraz jej czytelności. Potwierdzenie należy przesłać pod numer faksu 52 39 56 505 bądź na adres mailowy: [zampublik@szpital.chojnice.pl](mailto:zampublik@szpital.chojnice.pl)

A.W.