



Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza^A
w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10
tel. centrala (0 52) 39 56 500
tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569



e-mail: szpital@chojnice.pl

www.szpital.chojnice.pl

Chojnice, dnia 29 kwietnia 2013 r.

**Podmioty biorące udział
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego**

N/znak: DZAP-380-2/21/13

DOTYCZY: Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników i innych materiałów wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań koagulologicznych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania D-dimerów (ciekły, gotowy do użycia) o parametrach zakresu pomiarowego i liniowości a także NPV (negatywnej wartości predykcyjnej), czułości klinicznej oraz specyficzności, a także czasu oznaczenia spełniających wymagania Zamawiającego, lecz nieco wyższej niż wymagane CV dla poziomów zbliżonych do punktu odcięcia - 9,5 %? Odczynnik nie wykazuje interferencji z produktami degradacji fibrynogenu do 10 ug/ml. Ponadto nie opisano wpływu stężenia fibrynogenu na uzyskane wyniki lecz brak tego wpływu jest oczywisty poprzez zastosowanie monoklonalnego przeciwciała reagującego specyficznie na domeny D-dimerów zawierające usieciowane produkty rozkładu fibrynogenu, których nie ma w samym fibrynogenie

Odpowiedź: Tak.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje przedłużony do dnia 09.05.2013 r. (czwartek) odpowiednio do godziny 10:00 i 11:00

Z poważaniem

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bonna

Zgodnie z regulacją art. 27 ust. 2 Pzp Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszej informacji oraz jej czytelności. Potwierdzenie należy przestać pod numer faksu 52 39 56 505 bądź na adres mailowy: zampublik@szpital.chojnice.pl
A.T.R.