



**Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza^A
w Chojnicach**

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10
tel. centrala (0 52) 39 56 500
tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569



e-mail: szpital@chojnice.pl

www.szpital.chojnice.pl

Chojnice, dnia 18 marca 2013 r.

N/znak: DZAP-380-1/18/13

**Podmioty biorące udział
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego**

DOTYCZY: Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę elektrod i materiałów zużywalnych do EKG, EEG, USG.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Załącznik nr 2 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. poz. elektrody o rozmiarze 45x42mm, okrągłej z języczkiem ułatwiającym odklejenie od nośnika.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Załącznik nr 2 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. poz. elektrody o rozmiarze 50mm, okrągłej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

Załącznik nr 2 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. poz. elektrody o rozmiarze 42x36mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4:

Załącznik nr 2 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. poz. elektrody o rozmiarze 55x10mm, ze specjalnym wycięciem do przełożenia kabla, elektroda jest równoważna z wymaganym opisem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5:

Załącznik nr 2 poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. poz. elektrody o rozmiarze 45x42 mm, okrągłej z języczkiem ułatwiającym odklejenie od nośnika.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6:

Załącznik nr 2 poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. poz. elektrody o rozmiarze 50mm, okrągłej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

Załącznik nr 2 poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. poz. elektrody o rozmiarze 42x36mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8:

Umowa par. 2 ust. 4

Prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 5 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9:

Umowa par. 5 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisu poprzez dopisanie sformułowania, „niezrealizowane części umowy”. W przypadku rozwiązania umowy pod koniec jej obowiązywania zapis w ww. ust. jest wysoce nieślusny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający wymaga jednorazowej elektrody dzielonej o powierzchni 85cm² z pierścieniem ekwipotencjalnym 23cm², która zapewni maksymalne bezpieczeństwo pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie odnieść się do zadanego pytania.

Pytanie nr 11:

Zadanie nr 30 elektrody neutralne do ICC

Czy Zamawiający wymaga jednorazowej elektrody dzielonej o powierzchni 85cm² z pierścieniem ekwipotencjalnym 23cm², która zapewni maksymalne bezpieczeństwo pacjenta?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 12:

Dotyczy pozycji nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji papieru 50mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 13:

Dotyczy pozycji nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji papieru 108mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 14:

Dotyczy pozycji nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji papieru 215mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 15:

Dotyczy pozycji nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji papieru 50 x 30?

Odpowiedź: Tak.

Z poważaniem


Z-ca DYREKTORA
d/s ekonomicznych, Główny Księgowy
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
Członek
Maria Nieżorawska

Zgodnie z regulacją art. 27 ust. 2 Pzp Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszej informacji oraz jej czytelności. Potwierdzenie należy przesłać pod numer faksu 52 39 56 505 bądź na adres mailowy: zampublik@szpital.chojnice.pl

M.B.